

T/JTAIT 2-2021

# 团体标准

T/JTAIT 2-2021

---

## 车用乙醇汽油（E10）快速检测 近红外光谱法

Rapid detection method of motor vehicle ethanol gasoline (E10)  
nearinfrared spectrometry

2021-02-25 发布

2021-02-25 实施

---

吉林省检验检测技术协会 发布

# 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由吉林省质量监督检验院提出。

本标准起草单位：吉林省产品质量监督检验院。

本标准主要起草人：

# 车用乙醇汽油（E10）快速检测 近红外光谱法

## 1 范围

本标准规定了采用近红外光谱法测定车用乙醇汽油（E10）研究法辛烷值、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度的方法。

本标准适用于快速测定车用乙醇汽油（E10）的质量指标。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1884 原油和液体产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885 石油计量表

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5487 汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T 11132 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

GB/T 29858 分子光谱多元校正定量分析通则

GB/T 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法

NB/SH/T 0663 汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH /T 0604 原油和石油产品密度测定法（U形振荡管法）

SH /T 0693 汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

SH /T 0713 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 样品集 sample set

具有代表性的、能够覆盖质量指标范围的样品集合。

### 3.2 标准方法 standard method

用来测定样品指标的国家标准或行业标准试验方法，其测定结果参与校正模型建立和验证。

### 3.3 定标模型 calibration model

利用化学计量方法建立的样品近红外光谱与对应质量指标之间关系的数学模型。

### 3.4 定标模型验证 calibration model validation

使用验证样品验证定标模型准确性和重复性的过程。

### 3.5 多元校正 multivariate calibration

用一个以上波长或频率，建立一组样品的质量指标与吸收光谱之间的关系（定标模型）的过程。在本标准中，多元校正通过化学计量学软件来实现。

## 4 原理

近红外光谱法是利用含有氨基团（X—H，X为：C，O，N等）化学键的伸缩振动的倍频或合频，以透射或反射方式获取在近红外区的吸收光谱，通过主成分分析、偏最小二乘法等现代化学计量学方法，建立光谱与质量指标之间的线性或非线性关系（定标模型），从而实现利用光谱信息对待测样品的多种质量指标的快速测定。

## 5 试剂

样品池冲洗溶剂：石油醚（60℃~90℃），分析纯。

## 6 仪器

### 6.1 近红外光谱仪

采用傅立叶变换近红外光谱仪。近红外光谱的有效波长区间应包括12500 $\text{cm}^{-1}$ ~4000  $\text{cm}^{-1}$ ，光谱分辨率优于2  $\text{cm}^{-1}$ ，波数准确度优于 $\pm 0.03 \text{ cm}^{-1}$ ，波数重复性优于0.05  $\text{cm}^{-1}$ ，扫描速度优于5次/秒。光谱系统配备具有平面镜电磁驱动干涉功能的动态准直干涉仪，其他能够满足相应光谱技术指标的其他仪器也可采用。

### 6.2 化学计量学软件

使用近红外光谱仪配置的化学计量学软件。至少含PLS（最小偏二乘法）多元校正算法，具有近红外光谱数据的收集、存储分析和计算功能，采用马氏距离判断样品的异常性以保障定标模型预测的可靠性和特异性样品的识别。

## 7 定标模型的建立和验证

### 7.1 仪器准备

按照仪器操作手册设定仪器参数

扫描波长范围：12500 $\text{cm}^{-1}$ ~4000  $\text{cm}^{-1}$ ，按选择的波长范围进行设定；

扫描平均次数：32次。

测定定标样品集、验证样品集和待测试样的光谱时，仪器参数的设定应一致。

## 7.2 定标样品集选择

定标模型的样品应具有代表性，应覆盖不同牌号、不同生产企业具有代表性的车用乙醇汽油（E10），能够覆盖使用该模型预测样品中遇到的样品特性。

## 7.3 定标样品标准测定值

按照表1规定的标准方法，测定定标样品集的各项质量指标。

表 1 标准试验方法

项目	标准方法
研究法辛烷值	GB/T 5487
乙醇含量	NB/SH/T 0663
其他有机含氧化合物	NB/SH/T 0663
苯含量	SH/T 0713、GB/T 30519、SH/T 0693
芳烃含量	GB/T 30519、GB/T 11132
烯烃含量	GB/T 30519、GB/T 11132
密度	GB/T 1884、GB/T 1885、SH/T 0604

## 7.4 光谱数据采集

以空气为参比，采集背景光谱。样品摇匀后，移取样品置入样品池中，样品注入量满足样品池要求，并确保光度有效通过样品池且无气泡存在，测量样品光谱。

## 7.5 定标模型建立

利用化学计量学软件，以偏小二乘法（PLS）建立各项质量指标与光谱数据关系的定标模型，应符合GB/T 29858要求。用定标集的统计偏差（SEC）评价定标模型的准确性，以SEC是否满足基准标准的再现性进行评价，计算公式见式（1）。

$$SEC = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_{i,c})^2}{n-1}} \dots \dots \dots (1)$$

式中： $y_i$  ——定标样品集第*i*个样品标准方法测定值；

$\hat{y}_{i,c}$  ——定标样品集第*i*个样品的指标预测值；

$n$  ——定标样品数目。

在定标模型建立过程中需要检测并删除界外点（异常值）。根据F/T分布，计算检验值，进行异常样本的识别与剔除，异常值不得超过定标样品集的10 %。

## 7.6 定标模型验证

使用定标样品集外的样品验证定标模型的准确性和重复性，验证样品量应不少于20个，应用7.5建立的定标模型进行检测，采用7.3规定方法测定其标准测定值，近红外光谱法与标准方法的测定结果之差应满足表2再现性要求。

## 7.7 定标模型维护

定标模型应进行定期升级维护，根据待分析样品变化情况及时更新定标模型样品集，可将原来定标模型的验证光谱用于更新定标模型验证，建议每半年一次。

## 8 样品测定

8.1 样品分析应在室温  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  下进行。

8.2 按照 7.3 测量待测样品的近红外光谱，利用相应的定标模型分析待测样品的近红外光谱，即可得出各质量指标的分析数据和置信度值。

8.3 每个样品平行测定两次，并计算平均值。

## 9 结果报告

9.1 样品检测结果置信度值不小于 80 %，则认为正常，报告测定结果。

9.2 样品检测结果置信度值小于 80 %，则认为可疑，必须按照表 1 规定的标准试验方法进行测定。

9.3 检测结果的报出值与其标准试验方法要求一致。

## 10 精密度

### 10.1 重复性

由同一操作者，在同一实验室，使用同一台仪器，对同一样品连续测定的两个试验结果之差不应超过表2所列数值。

### 10.2 再现性

近红外光谱法的测定结果，再现性不应超过表2所列数值。

表 2 车用乙醇汽油（E10）各项指标重复性和再现性

项目	重复性	再现性
研究法辛烷值	0.2	0.7
乙醇含量（体积分数）/%	0.24	同NB/SH/T 0663 再现性
其他有机含氧化合物（质量分数）/%	0.04	同NB/SH/T 0663 再现性
苯含量（体积分数）%	0.03	0.18
芳烃含量（体积分数）%	0.8	同GB/T 30519 再现性
烯烃含量（体积分数）%	0.5	同GB/T 30519 再现性
密度/（ $\text{kg}/\text{m}^3$ ）	0.5	1.2

## 11 试验报告

试验报告至少包括以下内容：

- a) 试验的日期和地点；
- b) 试验环境条件；
- c) 样品的相关信息。